

Bipacksedel: information till patienten

Ozempic 0,5 mg lösning för injektion i en förfylld penna semaglutid

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kanske behöver läsa den igen.
- Har du fler frågor? Kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska.
- Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är förskrivet endast till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Ozempic och vad används det för?
2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad är Ozempic och vad används detta läkemedel för?

Den aktiva substansen i Ozempic är semaglutid. Det hjälper din kropp att sänka blodsockernivån, men endast om blodsockret är för högt, och det kan hjälpa till att förebygga hjärtsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes. Det kan också hjälpa till att bromsa försämringen av njurfunktionen hos patienter med typ 2-diabetes på ett sätt som går utöver bara sänkning av blodsockernivån.

Ozempic används för behandling av vuxna (från 18 år och äldre) med typ 2-diabetes när kost och motion inte är tillräckliga:

som enskild behandling – när du inte kan använda metformin (ett annat läkemedel mot diabetes) eller med andra läkemedel mot diabetes – om dessa inte är tillräckliga för att reglera dina blodsockernivåer. Dessa kan vara läkemedel som du tar oralt eller injicerar, såsom insulin.

Det är viktigt att du fortsätter med din kost och motion som din läkare, apotekare eller sjuksköterska har instruerat dig.

2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig med det?

När ska du inte använda detta läkemedel?

Du är allergisk mot någon av ingredienserna i detta läkemedel. Dessa ingredienser finns i avsnitt 6.

När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?

Kontakta din läkare, apotekare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel är inte detsamma som insulin och du ska inte använda det om:

- du har typ 1-diabetes – ett tillstånd där din kropp inte producerar insulin
- du har utvecklat diabetisk ketoacidosis – en komplikation av diabetes med högt blodsocker, andningssvårigheter, förvirring, överdriven törst, en söttaktig andedräkt eller en söt eller metallisk smak i munnen.

Ozempic är inte insulin och ska därför inte användas som en ersättning för insulin.

Om du vet att du ska genomgå en operation där du kommer att hållas under narkos (sömn), informera din läkare om att du använder Ozempic.

Effekter på matsmältningssystemet

Under behandlingen med detta läkemedel kan du uppleva illamående, kräkningar eller diarré. Dessa biverkningar kan orsaka uttorkning (vätskeförlust). Det är viktigt att du dricker mycket för att förhindra uttorkning. Detta är särskilt viktigt om du har njurproblem. Kontakta din läkare om du har frågor eller om du är orolig.

Allvarlig och ihållande magsmärta som kan bero på akut pankreatit

Kontakta omedelbart din läkare om du har allvarlig och ihållande smärta i magområdet. Detta kan tyda på akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln). Se avsnitt 4 för varningssignalerna för en inflammerad bukspottkörtel.

Lågt blodsocker (hypoglykemi)

Om du använder detta läkemedel tillsammans med ett sulfonureid eller insulin kan det öka risken för lågt blodsocker (hypoglykemi). Se avsnitt 4 för varningssignalerna för lågt blodsocker. Din läkare kan be dig kontrollera ditt blodsocker. Detta hjälper din läkare att avgöra om dosen av sulfonureid eller insulin behöver justeras för att minska risken för lågt blodsocker.

Diabetisk ögonsjukdom (retinopati)

Om du har en ögonsjukdom på grund av diabetes och använder insulin kan detta läkemedel leda till försämrad syn, vilket kan kräva behandling. Informera din läkare om du har en diabetisk ögonsjukdom eller om du upplever ögonproblem under behandling med detta läkemedel. Om du har en potentiellt instabil diabetisk ögonsjukdom rekommenderas inte användning av Ozempic 2 mg.

Plötsliga förändringar i din syn

Om du plötsligt inte ser något eller snabbt ser sämre under behandlingen med detta läkemedel, kontakta omedelbart din läkare för råd. Detta kan orsakas av en mycket sällsynt biverkning kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION) (se avsnitt 4: Allvarliga biverkningar). Din läkare kan hänvisa dig för en ögonundersökning och du kan behöva sluta med behandlingen med detta läkemedel.

Barn och ungdomar under 18 år

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom säkerheten och effekten i denna åldersgrupp ännu inte har fastställts.

Använder du andra läkemedel?

Använder du andra läkemedel utöver Ozempic, har du nyligen gjort det eller finns det möjlighet att du snart kommer att använda andra läkemedel? Berätta det då för din läkare eller apotekare. Detta gäller även växtbaserade läkemedel eller andra läkemedel som du har köpt utan recept.

Berätta för din läkare, apotekare eller sjuksköterska särskilt om du använder läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser:

Warfarin eller andra liknande, oralt intagna läkemedel som motverkar blodkoagulation (oral antikoagulantia). Ditt blod kan behöva testas oftare för att kontrollera hur snabbt det koagulerar.

Eller om du använder insulin. Din läkare kommer att berätta hur du kan minska insulindosen och rekommendera att du kontrollerar ditt blodsocker oftare för att undvika hyperglykemi (högt blodsocker) och diabetisk ketoacidosis (en komplikation av diabetes som uppstår när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det finns otillräckligt med insulin).

Graviditet och amning

Är du gravid, tror du att du är gravid, vill du bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel ska inte användas under graviditet eftersom det inte är känt om det är skadligt för det ofödda barnet. Därför rekommenderas användning av preventivmedel under användning av detta läkemedel. Om du vill bli gravid, diskutera med din läkare hur behandlingen ska anpassas, eftersom du måste sluta använda detta läkemedel minst 2 månader i förväg. Om du blir gravid under användning av detta läkemedel, kontakta omedelbart din läkare, eftersom din behandling måste ändras.

Använd inte detta läkemedel om du ammar, eftersom det inte är känt om det passerar över i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Ozempic påverkar din körförmåga och förmåga att använda maskiner. Om du använder detta läkemedel i kombination med ett sulfonylureaderivat eller insulin kan du få lågt blodsocker (hypoglykemi) vilket kan minska din koncentrationsförmåga. Kör inte bil och använd inte maskiner när du får symtom på lågt blodsocker. Se avsnitt 2 'När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?' för information om ökad risk för lågt blodsocker och avsnitt 4 för varningssymtom på lågt blodsocker. Kontakta din läkare för mer information.

Ozempic innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, vilket innebär att det i huvudsak är 'natriumfritt'.

3. Hur använder du detta läkemedel?

Använd alltid detta läkemedel exakt som din läkare har sagt till dig. Är du osäker på hur du ska använda det? Kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska.

Hur mycket av detta läkemedel ska jag använda?

Startdosen är 0,25 mg en gång per vecka, under fyra veckor.

Efter fyra veckor kommer din läkare att öka dosen till 0,5 mg en gång per vecka.

Om ditt blodsocker inte är tillräckligt kontrollerat med en dos på 0,5 mg en gång per vecka, kan din läkare råda dig att öka dosen ytterligare till 1 mg en gång per vecka.

Om ditt blodsocker inte är tillräckligt kontrollerat med en dos på 1 mg en gång per vecka, kan din läkare råda dig att öka dosen ytterligare till 2 mg en gång per vecka.

Ändra inte din dos om inte din läkare har sagt till dig att göra det.

Hur administreras detta läkemedel?

Ozempic administreras som en subkutan injektion (underhudsinjektion). Injicera det inte i en ven eller muskel.

De bästa ställena att injicera är på framsidan av dina lår, framsidan av din midja (mage) eller din överarm.

Innan du använder pennan för första gången, låt din läkare eller sjuksköterska visa dig hur du ska använda pennan.

Detaljerade instruktioner för användning finns på baksidan av denna bipacksedel.

När använder du detta läkemedel?

Använd detta läkemedel en gång i veckan, om möjligt varje vecka på samma dag.

Du kan injicera dig själv när som helst på dagen – oberoende av måltider.

För att hjälpa dig komma ihåg att du bara injicerar detta läkemedel en gång i veckan, rekommenderas det att notera den valda veckodagen (till exempel en onsdag) på lådan och varje gång du har injicerat detta läkemedel skriva datumet på lådan.

Vid behov kan du ändra dagen för din veckovisa injektion av detta läkemedel, så länge det är minst 3 dagar efter din senaste injektion av detta läkemedel. Efter att ha valt en ny doseringsdag, ska doseringen fortsätta en gång i veckan.

Har du använt för mycket av detta läkemedel?

Kontakta omedelbart din läkare om du har använt mer Ozempic än du borde. Du kan få biverkningar, såsom illamående.

Har du glömt att använda detta läkemedel?

Om du glömmet att injicera en dos och:

det är 5 dagar eller mindre sedan du skulle ha använt Ozempic, använd det så snart du kommer ihåg det. Därefter injicerar du din nästa dos som vanligt på din planerade dag.

det är mer än 5 dagar sedan du skulle ha använt Ozempic, hoppa över den missade dosen. Därefter injicerar du din nästa dos som vanligt på din planerade dag. Använd inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du slutar använda detta läkemedel

Sluta inte använda detta läkemedel utan att diskutera det med din läkare. Om du slutar använda det kan ditt blodsocker bli högre.

Har du fler frågor om användningen av detta läkemedel? Kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Ofta (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

komplikationer av diabetisk ögonsjukdom (retinopati) – informera din läkare om du får ögonbesvär, såsom förändringar i synen, under behandlingen med detta läkemedel.

Ibland (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit), vilket kan orsaka svår och ihållande smärta i magen och ryggen. Du bör omedelbart kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Sällan (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner, angioödem). Sök omedelbart medicinsk hjälp och informera din läkare så snart som möjligt om du får symtom som andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals med svårigheter att svälja och snabb hjärtfrekvens.

Mycket sällan (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

en medicinsk ögonsjukdom kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION) som kan leda till att du, utan smärta, ser mindre eller inget alls med ett av dina ögon. Kontakta din läkare omedelbart om du märker att du plötsligt inte ser något eller ser sämre (se avsnitt 2: 'Plötsliga förändringar i din syn').

Okänd (kan inte fastställas med tillgängliga data)

Tarmobstruktion. En allvarlig form av förstoppning med symtom som buksmärta, uppblåsthet, kräkningar, etc.

Andra biverkningar

Mycket ofta (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

illamående – detta försvinner vanligtvis efter en tid
diarré – detta försvinner vanligtvis efter en tid
lågt blodsocker (hypoglykemi), om detta läkemedel används tillsammans med läkemedel som innehåller sulfonureid eller insulin

Ofta (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

kräkningar
lågt blodsocker (hypoglykemi), när detta läkemedel används tillsammans med orala antidiabetesmedel andra än sulfonureider eller insulin

Varningssignalerna för lågt blodsocker kan uppstå plötsligt. Dessa kan vara: kallsvettning, kall blek hud, huvudvärk, snabb hjärtslag, illamående eller stark hunger, förändringar i synen, känna sig sömrig eller svag, känna sig nervös, orolig eller förvirrad, ha svårt att koncentrera sig eller skaka.

Din läkare kommer att berätta hur du ska behandla lågt blodsocker och vad du ska göra om du får dessa varningssignaler.

Lågt blodsocker är mer sannolikt om du också använder en sulfonureid eller insulin. Din läkare kan minska dosen av dessa läkemedel innan du börjar använda detta medel.

matsmältningsbesvär (dyspepsi)
inflammation i magen (gastrit) – symtomen inkluderar magsmärtor, illamående eller kräkningar
reflux eller halsbränna – även kallad gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
buksmärta
uppblåst känsla i magen
förstoppning
rapningar
gallstenar
 yrsel
trötthet
viktninskning
mindre aptit
gasbildning (flatulens)
ökning av pankreaszymer (såsom lipas och amylas)
huvudvärk.

Ibland (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

mat eller dryck smakar annorlunda än normalt
snabb puls

reaktioner på injektionsstället – såsom blåmärken, smärta, irritation, klåda och utslag
allergiska reaktioner såsom utslag, klåda eller nässelfeber
mat stannar längre än normalt i magen (fördröjd magsäckstömning).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare, apotekare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur ska detta läkemedel förvaras?

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet. Det står på etiketten på pennan och på kartongen efter EXP. Det anges med en månad och ett år. Sista dagen i den månaden är utgångsdatumet.

Före användning:

Förvara i kylskåp (2°C–8°C). Förvara inte i frysen. Håll borta från kylblocket. Håll pennkåpan på pennan för att skydda mot ljus.

Efter användning:

Ozempic 0,5 mg (4 doser penna)

Om du förvarar pennan under 30°C eller i kylskåp (2°C–8°C) (inte nära kylblocket) kan du förvara den i 6 veckor. Förvara inte Ozempic i frysen. Om läkemedlet har varit fryst får det inte användas.

Ozempic 0,5 mg (8 doser penna)

Om du förvarar pennan under 30°C eller i kylskåp (2°C–8°C) (inte nära kylblocket) kan du förvara den i 8 veckor. Förvara inte Ozempic i frysen. Om läkemedlet har varit fryst får det inte användas.

Förvara pennan med pennkåpan på när den inte används för att skydda mot ljus.

Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen inte är klar och färglös eller nästan färglös.

Spola inte ner läkemedel i avloppet eller toaletten och kasta dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel du inte längre använder. Om du kasserar läkemedel på rätt sätt förstörs de på ett ansvarsfullt sätt och hamnar inte i miljön.

6. Förpackningens innehåll och övrig information

Vilka ämnen finns i detta läkemedel?

Den aktiva substansen i detta läkemedel är semaglutid.

1,5 ml: En ml injektionsvätska innehåller 1,34 mg semaglutid. En förfylld penna innehåller 2 mg semaglutid i 1,5 ml lösning. Varje dos innehåller 0,5 mg semaglutid i 0,37 ml.

3 ml: En ml injektionsvätska innehåller 0,68 mg semaglutid. En förfylld penna innehåller 2 mg semaglutid i 3 ml lösning. Varje dos innehåller 0,5 mg semaglutid i 0,74 ml.

3 ml: En ml injektionsvätska innehåller 1,34 mg semaglutid. En förfylld penna innehåller 4 mg semaglutid i 3 ml lösning. Varje dos innehåller 0,5 mg semaglutid i 0,37 ml.

De andra ämnena i detta läkemedel är: dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vatten för injektioner, saltsyra/natriumhydroxid (för pH-justering). Se även avsnitt 2, 'Ozempic innehåller natrium'.

Hur ser Ozempic ut och hur mycket finns det i en förpackning?

Ozempic är en klar och färglös eller nästan färglös injektionsvätska i en förfylld penna.

1,5 ml: Varje förfylld penna innehåller 1,5 ml lösning, avsedd för 4 doser om 0,5 mg.

3 ml: Varje förfylld penna innehåller 3 ml lösning, avsedd för 4 doser om 0,5 mg. 3 ml: Varje förfylld penna innehåller 3 ml lösning, avsedd för 8 doser om 0,5 mg.

Ozempic 0,5 mg injektionslösning finns i följande förpackningsstorlekar:

1 penna och 4 NovoFine Plus engångsnålar.

1 penna och 8 NovoFine Plus engångsnålar.

3 pennor och 12 NovoFine Plus engångsnålar.

Alla nämnda förpackningsstorlekar marknadsförs inte.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Denna bipacksedel godkändes senast

Andra informationskällor

Mer information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: <http://www.ema.europa.eu>.

Bruksanvisning

Ozempic 0,5 mg injektionslösning i en förfylld penna och ger 4 doser semaglutid

Instruktioner för användning av Ozempic 0,5 mg injektionslösning i en förfylld penna

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder din förfyllda Ozempic-penna.

Diskutera med din läkare, sjuksköterska eller apotekare hur du injicerar Ozempic korrekt.

Börja med att kontrollera din penna för att försäkra dig om att pennan innehåller Ozempic 0,5 mg. Titta sedan på bilderna nedan för att lära känna de olika delarna av din penna och nål.

Om du är blind eller synskadad och inte kan läsa av dosfönstret på pennan, använd inte denna penna utan hjälp. Be om hjälp från en person med god syn och som vet hur man använder den förfyllda Ozempic-pennan.

Din penna är en förfylld penna med vridbar dosinställningsknapp. Pennan innehåller 2 mg semaglutid och du kan endast välja doser på 0,5 mg. En oanvänd penna innehåller fyra doser på 0,5 mg.

Använd tabellen på insidan av lådans lock för att hålla reda på hur många injektioner du har tagit och när du har gett injektionerna.

Din penna är designad för användning med 30G, 31G och 32G engångsnålar med en maximal längd på 8 mm. NovoFine Plus-nålar medföljer i förpackningen.

Observera: Din penna kan ha en annan storlek än den penna som visas på bilden. Dessa instruktioner gäller för alla Ozempic 0,5 mg pennor.

Viktig information

Var extra uppmärksam på dessa kommentarer eftersom de är viktiga för säker användning av pennan.

1. Förse din penna med en ny nål

Kontrollera namnet och den färgade etiketten på din penna för att säkerställa att den innehåller Ozempic 0,5 mg. Detta är särskilt viktigt om du använder mer än en typ av injicerbart läkemedel. Användning av fel läkemedel kan vara skadligt för din hälsa. Ta av pennkåpan från pennan.

Kontrollera att lösningen i pennan är klar och färglös. Titta genom pennfönstret. Om lösningen ser grumlig eller färgad ut, får du inte använda pennan.

Ta en ny nål.

Kontrollera pappersskyddet och det yttre nålskyddet för skador, dessa kan påverka steriliteten. Använd en ny nål om det finns någon skada.

Ta bort det pappersskyddet skyddsplatta.

Se till att du fäster nålen korrekt.

Tryck nålen rakt på pennan.

Vrid den fast.

Det finns ett nålskydd och en nålhylsa på nålen. Du måste ta bort båda. Om du inte tar bort båda kommer du inte att injicera någon lösning.

Ta av det yttre nålskyddet och spara det för senare användning. Du behöver det efter injektionen för att säkert ta bort nålen från pennan.

Ta bort det inre nålhysan och kasta bort det. Om du försöker sätta tillbaka det kan du av misstag sticka dig på nålen.

En droppe lösning kan synas på nålspetsen. Detta är normalt, men du bör fortfarande kontrollera flödet när du använder en ny penna för första gången. Se steg 2 'Kontrollera flödet vid varje ny penna'.

Fäst en ny nål på pennan först när du är redo att ge injektionen.

Använd alltid en ny nål för varje injektion.

Så kan igensatta nålar, kontaminering, infektion, läckage av lösningen och felaktig dosering undvikas.

Använd aldrig en böjd eller skadad nål.

2. Kontrollera flödet vid varje ny penna

Om din penna redan används, gå till steg 3 'Ställ in din dos'. Kontrollera flödet endast före din första injektion med varje ny penna. Vrid dosinställningsknappen till kontrollstreck (

* * =)direkt efter '0'. Kontrollera att kontrollstreck är i linje med dosindikatorpilen.

Håll pennan med nålen pekande uppåt.

Håll pennan med nålen uppåt.

En liten droppe kan finnas kvar på nålspetsen, men den injiceras inte.

Om ingen droppe syns, upprepa steg 2 'Kontrollera flödet vid varje ny penna' maximalt 6 gånger. Om det fortfarande inte syns någon droppe, byt nål och upprepa steg 2 'Kontrollera flödet vid varje ny penna' en gång till.

Kassera pennan och använd en ny om det fortfarande inte syns någon droppe lösning. Kontrollera alltid att en droppe syns på nålspetsen innan du använder en ny penna för första gången. Då vet du att lösningen flödar.

Om ingen droppe syns, injicerar du inget läkemedel, även om ett annat tal visas i dosfönstret. Detta kan tyda på en igensatt eller skadad nål.

Om det inte visas någon droppe, injicera inte läkemedlet, även om ett annat nummer visas i doseringsfönstret. Detta kan tyda på en igensatt eller skadad nål.

Om du inte kontrollerar tillförseln före varje första injektion med en ny penna kan du få en annan dos än den föreskrivna och den avsedda effekten av Ozempic kan utebli

3. Ställ in av din dos

Vrid på dosinställningsknappen för att ställa in 0,5 mg. Fortsätt vrida tills dosfönstret stannar och visar 0,5 mg.

Endast dosfönstret och dosindikatorpilen visar att 0,5 mg är inställt. Du kan endast ställa in 0,5 mg per dos. Om din penna innehåller mindre än 0,5 mg stannar dosfönstret innan 0,5 visas.

Dosinställningsknappen ger ett annat klickljud när den vrids framåt, bakåt eller förbi 0,5 mg. Räkna inte antalet klick från pennan

Doseringsknappen ger ett annat klickljud när den vrids framåt, bakåt eller förbi 0,5 mg. Räkna inte antalet klick från pennan.

Använd alltid dosfönstret och dosindikatorpilen innan du injicerar detta läkemedel för attantalet klick från pennan.

Räkna inte Hur mycket lösning finns kvar?

För att se hur mycket lösning som finns kvar, använd dosfönstret: vrid på dosinställningsknappen tills

dosfönstret stannar.

För att se hur mycket lösning som finns kvar, använd doseringsfönstret: vrid på doseringsknappen tillst doseringsfönstret slutar.

Om 0,5 visas, då finns det minst 0,5 mg kvar i din penna.

Om dosfönstret stannar innan det visar 0,5 mg finns det inte tillräckligt med lösning kvar för en full dos på 0,5 mg.

Om det inte finns tillräckligt med lösning kvar i din penna för en full dos, använd inte pennan. Använd en ny Ozempic-penna.

4. Din dos injicera

Stick nålen i huden på det sätt som din läkare eller sjuksköterska har visat dig. Se till att du kan se dosfönstret. Täck inte över det med dina fingrar.

Se till att du kan se doseringsfönstret. Täck inte det med dina fingrar. Kan den injektion injektion bli avbruten.

Tryck in administreringsknappen och håll den intryckt. Se hur dosfönstret återgår till '0'. Siffran '0' måste vara i linje med dosindikatorpilen. Du hör eller känner nu möjligen ett klick.

Fortsätt att trycka på administreringsknappen medan du håller nålen i huden.

Räkna långsamt till 6 medan du håller administreringsknappen intryckt. Om nålen tas ut ur huden tidigare kan du se en stråle av lösning komma ut från nålspetsen. Om nålen tas ut ur huden tidigare kan du se en stråle av lösning komma ut från nålspetsen. Det det fall är inte den fullständiga dosen injicerad.

Ta ut nålen ur huden. Du kan sedan släppa administreringsknappen. Om injektionsstället börjar blöda, tryck försiktigt på det.

Efter injektionen kan du se en droppe lösning på nålspetsen. Detta är normalt och påverkar inte din dos.

Titta alltid på dosfönstret så att du vet hur många mg du injicerar. Håll administreringsknappen intryckt tills dosfönstret återgår till '0'.

Hur känner du igen entilltäppt eller skadad nål

- Om dosfönstret inte återgår till '0' efter att du har hållit administreringsknappen intryckt, kan du ha använt en tilltäppt eller skadad nål.
- I så fall har du inte fått något läkemedel, även om siffran i dosfönstret har ändrats jämfört med den dos du ursprungligen ställde in.

Hur man hanterar en tilltäppt nål

Byt nålen enligt beskrivningen i steg 5 'Efter din injektion' och upprepa alla steg från steg 1 'Förse din penna med en ny nål'. Se till att du ställer in den fullständiga dos du behöver.

Rör inte vid dosfönstret under injektionen. Detta kan avbryta injektionen.

5. Efter din injektion

Ta alltid bort nålen efter varje injektion och kassera den för att underlätta injektionen och för att förhindra att nålen blir igensatt. Om nålen är igensatt, kommer inget läkemedel att injiceras. Ett läkemedel injicerat.

När nålen är täckt, tryck försiktigt det yttre nål

skyddet helt på nålen. Sätt locket helt på nålen.

Sätt tillbaka pennlocket på din penna efter varje användning för att skydda lösningen från ljus.

Om pennan är tom, kassera den utan nål enligt anvisningar från din läkare, sjuksköterska, apotekare eller lokala myndigheter.

Försök aldrig sätta tillbaka det inre nålskyddet på nålen. Du kan sticka dig själv på nålen.

Ta alltid omedelbart bort nålen från din penna efter varje injektion. Detta kan förhindra igensatta nålar, kontaminering, infektion, läckage av lösningen och felaktig dosering. Underhåll av din penna
Behandla din penna med omsorg. Grov hantering eller felaktig användning kan orsaka felaktig dosering. I så fall kan den avsedda effekten av detta läkemedel utebli.

Underhålla din penna

Hantera din penna med nödvändig omsorg. Grov hantering eller felaktig användning kan orsaka felaktig dosering. I så fall kan den avsedda effekten av detta läkemedel utebli.

Lämna inte pennan i en bil eller någon annan plats där det är för varmt eller för kallt.

Du får inte injicera Ozempic som har varit fryst. Om du gör det kan den avsedda effekten av detta läkemedel utebli.

Du får inte injicera Ozempic som har utsatts för direkt solljus. Om du gör det kan den avsedda effekten av detta läkemedel utebli.

Utsätt inte din penna för damm, smuts eller fukt.

Tvätta, doppa eller smörj inte din penna. Pennan kan rengöras med ett mildt diskmedel på en fuktig trasa.

Låt inte din penna falla eller stöta mot en hård yta. Om du tappar pennan eller misstänker ett problem, sätt in en ny nål och kontrollera flödet innan du injicerar.

Försök inte fylla på din penna igen. När pennan är tom måste den kasseras.

Försök inte reparera eller ta isär din penna.

Bruksanvisning

Ozempic 0,5 mg injektionslösning i en förfylld penna och ger 8 doser semaglutid

Instruktioner för användning av Ozempic 0,5 mg injektionslösning i en förfylld penna

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder din Ozempic förfyllda penna.

Diskutera med din läkare, sjuksköterska eller apotekare hur du korrekt injicerar Ozempic.

Börja med att kontrollera din penna för att försäkra dig om att pennan innehåller Ozempic 0,5 mg. Titta sedan på bilderna nedan för att lära känna de olika delarna av din penna och nål.

Om du är blind eller har nedsatt syn och inte kan läsa av dosfönstret på pennan, använd inte denna penna utan hjälp. Be om hjälp från en person med god syn och som vet hur man använder Ozempic förfylld penna.

Din penna är en förfylld penna med vridbar dosinställningsknapp. Pennan innehåller 4 mg semaglutid och du kan endast välja doser på 0,5 mg. En oanvänd penna innehåller åtta doser på 0,5 mg.

Efter att de avsedda doserna har injicerats kommer det fortfarande att finnas lösning kvar i pennan. Pennan måste kasseras.

Använd tabellen på insidan av lådans lock för att hålla reda på hur många injektioner du har fått och när du har gett injektionerna.

Din penna är designad för användning med 30G, 31G och 32G engångsnålar med en maximal längd på 8 mm. NovoFine Plus-nålar medföljer i förpackningen.

Viktig information

Var extra uppmärksam på dessa anmärkningar eftersom de är viktiga för säker användning av pennan.

1. Förse din penna med en ny nål

Kontrollera namnet och den färgade etiketten på din penna för att säkerställa att den innehåller Ozempic 0,5 mg. Detta är särskilt viktigt om du använder mer än en typ av injicerbart läkemedel. Användning av fel läkemedel kan vara skadligt för din hälsa. Ta av pennkåpan från pennan.

Kontrollera att lösningen i pennan är klar och färglös. Titta genom pennfönstret. Om lösningen ser grumlig eller färgad ut, ska du inte använda pennan.

Ta en ny nål.

Kontrollera pappersskyddet och det yttre nålskyddet för skador, dessa kan påverka steriliteten. Använd en ny nål om det finns någon skada synlig.

Ta bort det pappersskyddet täckskena.

du fäster nålen korrekt. Tryck nålen rakt på pennan.

Vriden

fast. Det finns ett nålskydd och en nålhätta på nålen. Du måste ta bort båda. Om du inte tar bort båda så injicerar du ingen lösning.

Det finns en nålskydd och nålhätta på nålen. Du måste ta bort båda. Om du inte tar bort båda då injicera ingen lösning.

Ta bort det yttre nålskyddet och spara det för senare användning. Du behöver det efter injektionen för att säkert ta bort nålen från pennan.

Ta bort det inre nålskyddet och kasta det. Om du försöker sätta tillbaka det kan du av misstag sticka dig på nålen. www.uk.aan.de kan du kunna prikken.

En droppe lösning kan synas på nålspetsen. Detta är normalt, men du bör fortfarande kontrollera flödet när du använder en ny penna för första gången. Se steg 2 'Kontrollera flödet vid varje ny penna'. *ij elke nieuwe pen de toevoer.*

Fäst en ny nål på pennan först när du är redo att ge injektionen.

Gebruik voor elke inAnvänd alltid en ny nål för varje injektion.

Detta kan förhindra igensatta nålar, kontaminering, infektion, läckage av lösningen och felaktig dosering.

Använd aldrig en böjd eller skadad nål.

2. Kontrollera flödet vid varje ny penna

Om din penna redan är i bruk, gå till steg 3 'Ställ in din dos'. Kontrollera flödet endast före din första injektion med varje ny penna. injektion med varje ny penna. Håll pennan med nålen riktad uppåt.

Håll pDet kan finnas en liten droppe kvar på nålspetsen, men Tryck in administreringsknappen och håll den intryckt tills dosfönstret åter visar '0'. Siffran '0' måste vara i linje med dosindikatorpilen. Nu ska en droppe lösning synas på nålspetsen.

Om ingen droppe syns, upprepa steg 2 'Kontrollera flödet vid varje ny penna' upp till 6 gånger. Om det fortfarande inte syns någon droppe, byt nålen och upprepa steg 2 'Kontrollera flödet vid varje nyar som inte injiceras.

Om ingen droppe visas, upprepa steg 2 'Kontrollera flödet vid varje ny penna' upp till 6 gånger. Om ingen droppe fortfarande visas, byt nålen och upprepa steg 2 'Kontrollera flödet vid varje ny penna'.vi öppnar tillförseln en gång till.

Kasta bort pennan och använd en ny om det fortfarande inte kommer någon droppe lösning.

Kontrollera alltid att det kommer en droppe vid nålspetsen innan du använder en ny penna för första gången. Då vet du säkertatt lösningen flödar.

Om det inte kommer någon droppe, injicerar du inget läkemedel, även om ett annat nummer visas i dosfönstret. Detta kan tyda på en tilltäppt eller skadad nål.

Om du inte kontrollerar tillförseln före varje första injektion med en ny penna, kanske du inte får den föreskrivna dosen och den avsedda effekten av Ozempic kan utebli.

3. Ställa in din dos

Vrid på dosinställningsknappen för att ställa in 0,5 mg. Fortsätt vrida tills dosfönstret stannar och visar 0,5 mg.

Endast dosfönstret och dosindikatorpilen visaratt 0,5 mg är inställt.

Du kan bara ställa in 0,5 mg per dos. Om din penna innehåller mindre än 0,5 mg, stannar dosfönstret innan 0,5 visas.

Dosinställningsknappen ger ett annat klickljud när den vrids framåt, bakåt eller förbi 0,5 mg. Räkna inte antalet klick från pennan.

Innan du injicerar detta läkemedel, använd alltid dosfönstret och dosindikatorpilen för att se att 0,5 mg ärinställt.

Räkna inte antalet klick från pennan.

Endast doser på 0,5 mg kan ställas in med dosinställningsknappen. 0,5 mg måste vara exakt i linje med dosindikatorpilen för att säkerställa att du får rätt dos.

Hur mycket lösning finns kvar?

För att se hur mycket lösning som finns kvar, använd dosfönstret: vrid på doseringsknappen tillsdosfönstret stannar.

Om 0,5 visas, finns det minst 0,5 mg i din penna.

Om dosfönstret stannar innan det visar 0,5 mg finns det inte tillräckligt med lösning kvar för en fullständig dos på 0,5 mg.

Om det inte finns tillräckligt med lösning i din penna för en fullständig dos, använd inte pennan. Använd en ny Ozempic-penna.

4. Din dos injicera

Sätt in nålen i din hud på det sätt som din läkare eller sjuksköterska har visat dig. Se till att du kan se dosfönstret. Täck inte över det med dina fingrar.

Se till att du kan se doseringsfönstret. Täck inte det med dina fingrar. Kan den injektion bli avbruten.

Tryck in administreringsknappen och håll den intryckt. Se hur dosfönstret återgår till '0'. Siffran '0' måste vara i linje med dosindikatorpilen. Du hör eller känner nu möjligen ett klick.

Fortsätt att trycka på administreringsknappen medan du håller nålen i huden.

Räkna långsamt till 6 medan du håller administreringsknappen intryckt. Om nålen tas ut ur huden tidigare kan du se en stråle lösning komma ut från nålspetsen.

Om nålen tas ut ur huden tidigare kan du se en stråle lösning komma ut från nålspetsen. I det fall är inte den fullständiga dosen injicerad.

Ta ut nålen ur huden. Du kan då släppa administreringsknappen.

Om injektionsstället börjar blöda, tryck försiktigt på det.

Efter injektionen kan du se en droppe lösning på nålspetsen. Detta är normalt och påverkar inte din dos.

Titta alltid på dosfönstret så att du vet hur många mg du injicerar. Håll administreringsknappen intryckt tills dosfönstret återgår till '0'.

Hur känner du igen en igensatt eller skadad nål

- Om dosfönstret inte återgår till '0' efter att du har tryckt på administreringsknappen, kan du ha använt en igensatt eller skadad nål.
- I så fall har du inte fått något läkemedel, även om siffran i dosfönstret har ändrats jämfört med dosen som du ursprungligen hade ställt in.

Hur man hanterar en igensatt nål Byt nålen enligt beskrivningen i steg 5 'Efter din injektion' och upprepa alla steg från steg 1 'Förse din penna med en ny nål'. Se till att du ställer in hela dos som du behöver.

Rör inte vid dosfönstret under injektionen. Detta kan avbryta injektionen.

5. Efter din injektion

Ta alltid bort nålen efter varje injektion och kassera den för att underlätta injektionen och förhindra en igensatt nål. Om nålen är igensatt, injiceras inget läkemedel. Ingen medicin injiceras.

Placera det yttre nålskyddet på en plan yta och för in nålspetsen i det utan att röra vid nålen eller skyddet med fingrarna.

När nålen är täckt, tryck försiktigt det yttre nålskyddet helt på nålen. Skruva loss nålen och kassera den på ett säkert sätt enligt anvisningarna från din läkare, sjuksköterska, apotekare eller lokala myndigheter.

Sätt tillbaka pennlocket på din penna efter varje användning för att skydda lösningen från ljus.

Om pennan är tom, kassera den utan nål enligt anvisningarna från din läkare, sjuksköterska, apotekare eller lokala myndigheter.

Försök aldrig sätta tillbaka det inre nålskyddet på nålen. Du kan sticka dig själv på nålen. Ta alltid omedelbart bort nålen från din penna efter varje injektion. Detta kan förhindra igensatta nålar, kontaminering, infektion, läckage av lösningen och felaktig dosering. Så kan igensatta nålar, kontaminering, infektion, läckage av lösningen och felaktig dosering undvikas.

viktiga viktig information

Förvara alltid din penna och nålar utom syn- och räckhåll för andra, särskilt barn. Dela aldrig din penna eller dina nålar med andra människor. Vårdare måste vara mycket försiktiga vid hantering av använda nålar för att undvika stickskador och korskontaminering.

Underhåll av din penna

Behandla din penna med omsorg. Grov hantering eller felaktig användning kan orsaka felaktig dosering. I så fall kan den avsedda effekten av detta läkemedel utebli.

Lämna inte pennan i en bil eller på en annan plats där det kan vara för varmt eller för kallt.

Ozempic som har varit fryst får du inte injicera. Om du gör det kan den avsedda effekten av detta läkemedel utebli.

Ozempic som har utsatts för direkt solljus får du inte injicera. Om du gör det kan den avsedda effekten av detta läkemedel utebli.

Utsätt inte din penna för damm, smuts eller fukt. Tvätta inte, doppa eller smörj din penna. Pennan kan rengöras med ett mildt diskmedel på en fuktig trasa. Medel på en fuktig trasa.

innan du injicerar. rulla innan du injicerar.

Försök inte fylla på din penna igen. När pennan väl är tom, måste den kastas.

Försök inte reparera eller ta isär din penna.